



EU-Konformitätserklärung / EU-Declaration of Conformity

Wir, We,

medisana GmbH
Carl-Schurz-Str.02,
41460 Neuss, GERMANY
Tel. +49 (0) 2131 3668-0

erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das im folgenden aufgeführte Produkt, /
hereby state with sole responsibility that the product specified hereafter,

Medisana **BS 650 connect** Body Analysis Scale
Type: MA31001D
Art.-no.: 40500

Medisana **BS 652 connect** Body Analysis Scale
Type: MA31001E
Art.-no.: 40502

Die Anforderungen der aufgeführten EU-Richtlinie(n) erfüllt:
meets the requirements of the following EU-Directive(s):

1. EMV Richtlinie 2014/30/EU mit Änderungen
EMC Directive 2014/30/EU including amendments
2. RED Directive 2014/53/EU including amendments
RED Richtlinie 1014/53/EU mit Änderungen
3. RoHS Richtlinie 2011/65/EU mit Änderungen
RoHS Directive 2011/65/EU including amendments

Jahr der ersten Anbringung der CE-Kennzeichnung: 2019
Year of first attachment of the CE marking: 2019

Normen:
Standards:

- EN 62479: 2010
- EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 55032:2015
- EN 55035:2017
- EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
- EN 301 489-1 V2.1.1:2017-02
- EN 301 489-17 V3.1.1:2017-02

Dieser Erklärung liegt zugrunde: *This declaration is based on:*

Testberichte/Zertifikat:	NTEK Report	S20060301302001
<i>Test reports/certificate:</i>	NTEK Report	S20060301303001
	NTEK Report	S20060301302004
	NTEK Report	S20060301302002
	NTEK Report	S20060301302003
	NTEK Report:	S20060301301001
	NTEK Report:	S19082000609001-01

Neuss, date
09. June 2021

Thomas Hollefeld
Managing Director